



Р/р UA 593223130000026004000000865, Банк Філія АТ Укресімбанк, МФО 322313
18021, м. Черкаси, Черкаська обл. вул. Героїв Дніпра, буд. 53 кв.99,
тел.: 0472368448,
код за ЄДРПОУ 33585132, ПІН 335851323019, № свід. 32154739,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Паспорт №04-21 від 01.04.2021

Найменування виробу: Маски захисні медичні (хірургічні) для одноразового використання в комплектах або окремо

Партія: 202101

Дата виготовлення: січень 2021 р.

Гарантійний термін зберігання: 5 років

Термін придатності: січень 2026 р.

Декларація про відповідність №03/02-20 від 16.03.2020 р.

Перелік матеріалів, які застосовуються при виробництві виробів:

№ п/п	Назва та марка сировини	Процентне співвідношення використовуваних складників (за масою)	Країна походження
1	Спанбонд	65,00%	Україна
2	Фільтрувальна тканина (поліефірний нетканний матеріал)	25,00%	Україна
3	Резинка поліефірна	10,00%	Україна

Основні параметри та розміри масок

Складова частина	Розміри, мм
захисне полотнище	(175 ± 10) x (90 ± 20)
завушини (у нерозтягнутому стані)	170±30

Характеристики

Складова частина	Розміри, мм
захисне полотнище	зовнішні шари – спандбонд, нетканний поліпропіленовий, фільтруючий шар - мелтблаун щільністю 25 г/м ² або матеріал нетканний, фільтрувальний класу захисту FFP1, згідно з чинною нормативною документацією;
завушини	резинка оплетена біла №28
фіксатор носу	стрічка алюмінієва згідно ДСТУ ISO 209-2
Примітка. Допускається використання інших матеріалів, які відповідають вимогам ТД	

Основні функціональні характеристики

Вимога	Значення
1 Ефективність бактеріальної фільтрації, %	95
2 Диференційний тиск, Па/см ²	<29,4
3 Мікробіологічна чистота, КОЕ/г	S 30

Маски захисні медичні (хірургічні) для одноразового використання в комплектах або окремо
Відповідає вимогам ДСТУ EN 980:2007; ДСТУ 3146-95; ДСТУ 4388:2005; ДСТУ ISO 14971:2009;
ДСТУ EN 149:2017; ДСТУ EN 14683:2014; Технічний файл №МЗ 01/2020

директор
ТОВ «ВіВа-трейд»



Зарщиков В. К.